

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante–EO II 53

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Reactivo Hemolizante–EO II 53
Especificaciones de Embalaje	200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Código de Producto	152

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina.

Dispositivos Compatibles

- Mindray BC–5100
- Mindray BC–5180
- Mindray BC–5300
- Mindray BC–5310
- Mindray BC–5380

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

