

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-LC

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
LC1Especificaciones
de Embalaje50 mL, 100 mL, 200 mL,
500 mL, 1 L, 4 L, 20 LCódigo de
Producto

p1123

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo inalterada la morfología de los leucocitos, para que el analizador realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de impedancia ...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.