

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-UT II

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina




Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
BC IIEspecificaciones
de Embalaje

500 mL, 1 L, 5 L, 20 L

Código de
Producto

p1130

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar, facilitando así la clasificación y el recuento de células o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo inalterada la morfología de los leucocitos, para que el analizador realice el recuento y la clasificación de leucocitos mediante el método de impedancia

Composición

Sal de amonio cuaternario, agente tampón...

