

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Reactivo Hemolizante-56LD II

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina



Foto del Producto

Modelo del
ProductoReactivo Hemolizante-
56LD IIEspecificaciones
de Embalaje100 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
10 L, 20 LCódigo de
Producto

p1221

Uso Previsto

Se utiliza antes del análisis de células sanguíneas para lisar los glóbulos rojos, liberar la hemoglobina y conservar la morfología de las células que se van a analizar; cuando sea necesario, los leucocitos se tiñen antes de la clasificación y el recuento de células, o se realiza directamente la clasificación y el recuento de células y/o la determinación cuantitativa de hemoglobina

Principio

Lisa los glóbulos rojos manteniendo la morfología de los leucocitos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

